



Szemle időpontja	2025. 06. 25.	Ügyiratszám:	NAH-1-1913/2023/F2		
Kérelmező szervezet neve:	METALCONTROL Anyagvizsgáló és Minőségellenőrző Központ Kft.				
Szemle helyszíne:	3533 Miskolc, Vasgyári út 43.				
Vizsgált tevékenység:	Eredmények érvényességének biztosítása (Jártasság)				
Jelentést tevő vezető minősítő/minősítő/szakértő neve:		Kérelmező képviselőjének neve:			
Pálfi Gyula Péter / Dr. Gáti József		Matók Viktor operatív igazgató			
Megállapítás:			Osztályozás:	2	
A jártassági terv nem megfelelő, nem derül ki mikori állapotot tükröz, nincsenek frissítve a felelősségi körök és a megvalósult jártasságok kiértékelésének rögzítése sem történt meg. A laboratórium által szervezett összehasonlító vizsgálatok során az elfogadási kritériumok nem kerültek meghatározásra. A laboratórium által szervezett SILC-k bejelentése nem történt meg a NAH részére.			Vonatkozó követelmények:		
			MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 (kötelező):		
			7.7.2		
			Nemzetközi követelmény (EA/ILAC/IAF) (ha értelmezhető):		
			NAR-követelmény (ha értelmezhető): NAR-03 A kérelmező saját dokumentációja (ha értelmezhető): Jártassági terv		
Vezető minősítő aláírása:	Dátum:	Jelentést tevő vezető minősítő / minősítő /szakértő aláírása:	Dátum:	Kérelmező képviselőjének aláírása:	Dátum:
	2025. 06. 25.		2025. 06. 25.		2025. 06. 25.

Szemle időpontja	2025. 06. 25.	Ügyiratszám:	NAH-1-1913/2023/F2		
Kérelmező szervezet neve:	METALCONTROL Anyagvizsgáló és Minőségellenőrző Központ Kft.				
Szemle helyszíne:	3533 Miskolc, Vasgyári út 43.				
Vizsgált tevékenység:	Eredmények érvényességének biztosítása (Jártasság)				
Jelentést tevő vezető minősítő/minősítő/szakértő neve:		Kérelmező képviselőjének neve:			
Pálfi Gyula Péter / Dr. Gáti József		Matók Viktor operatív igazgató			
Megállapítás:			Osztályozás:	2	
A jártassági terv nem megfelelő, nem derül ki mikori állapotot tükröz, nincsenek frissítve a felelősségi körök és a megvalósult jártasságok kiértékelésének rögzítése sem történt meg. A laboratórium által szervezett összehasonlító vizsgálatok során az elfogadási kritériumok nem kerültek meghatározásra. A laboratórium által szervezett SILC-k bejelentése nem történt meg a NAH részére.			Vonatkozó követelmények:		
			MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 (kötelező):		
			7.7.2		
			Nemzetközi követelmény (EA/ILAC/IAF) (ha értelmezhető):		
			NAR-követelmény (ha értelmezhető): NAR-03 A kérelmező saját dokumentációja (ha értelmezhető): Jártassági terv		
Vezető minősítő aláírása:	Dátum:	Jelentést tevő vezető minősítő / minősítő /szakértő aláírása:	Dátum:	Kérelmező képviselőjének aláírása:	Dátum:
	2025. 06. 25.	 	2025. 06. 25.		2025. 06. 25.